

Ackrediteringens omfattning, transfusionsmedicin

Samtliga metoder är ackrediterade enligt SS-EN ISO 15189

Komponent/ Undersökning	System	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Enhet	Nivå/ Mätosäkerhet	Lab/ Ort
Fullständig ABO- och RhD gruppering	Erythrocyter/ Plasma	Direkt agglutination, rörteknik och gelteknik	Manuell metod			J
ABO- och RhD gruppering samt antikroppsscreening	Erythrocyter/ Plasma	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J
ABO- och RhD gruppering av barn <6 månader, inkl DAT	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	Manuell metod/ ev. avläsning i Banjo			J,E,V
ABO- och RhD gruppering av barn <6 månader, inkl. DAT	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J
Akut ABO- och RhD gruppering	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	Manuell metod/ ev. avläsning i Banjo			J,E,V
Akut ABO- och RhD gruppering	Erythrocyter	Direkt agglutination, rörteknik	Manuell metod			J
Antikroppsscreening och antikroppsidentifiering	Plasma	Indirekt agglutination, gelteknik	Manuell metod			J
Antikroppsscreening och antikroppsidentifiering	Plasma	Indirekt agglutination med tillsats av PEG, gelteknik	Manuell metod			J

Komponent/ Undersökning	System	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Enhet	Nivå/ Mätosäkerhet	Lab/ Ort
Antikroppsidentifiering inkl DAT	Erythrocyter/ Plasma	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J
Bestämning av svaga RhD antigen	Erythrocyter	Indirekt agglutination, gelteknik	Manuell metod			J
Direkt antiglobulintest (DAT)	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	Manuell metod			J
Direkt antiglobulintest (DAT)	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J
Fenotypning av blodgivare med antisera: anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Fy ^a , anti-Fy ^b , anti-Jk ^a , anti-Jk ^b , anti-K, anti-M, anti-s och anti-S	Erythrocyter	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	IH-1000			J
Fenotypning med antisera: anti-A ₁ anti-C, anti-c, anti-E, anti-e, anti-Fy ^a , anti-Fy ^b , anti-Jk ^a , anti-Jk ^b , anti-K, anti-M och anti-S	Erythrocyter	Direkt och indirekt agglutination, rörteknik, gelteknik	Manuell metod			J
Förenlighetsprovning genom BAS-test	Erythrocyter/ Plasma	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	Manuell metod/ ev. avläsning i Banjo			J,E,V
Förenlighetsprovning genom BAS-test/BKS-test	Erythrocyter/ Plasma	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J
Förenlighetsprovning genom MG-test och BKS-test	Plasma	Direkt och indirekt agglutination, gelteknik	Manuell metod/ ev. avläsning i Banjo			J,E,V
Förenlighetsprovning genom MG-test	Plasma	Indirekt agglutination, gelteknik	IH-1000 och IH-500			J

Komponent/ Undersökning	System	Metod/ Mätprincip	Utrustning	Enhet	Nivå/ Mätosäkerhet	Lab/ Ort
Hemoglobin	Blod	Fotometri	HemoCue Hb 201 DM	g/L	80 / 2% 160 / 2%	J,E,V
Kapillärprovtagning						J,E,V
Kompletterande undersökningar av svaga reaktioner vid plasmagruppering	Plasma	Direkt agglutination, rörteknik	Manuell metod			J
Kontrollgruppering av blodgivare	Erythrocyter	Direkt agglutination, rörteknik	Manuell metod			J
Kontrollgruppering av blodgivare	Erythrocyter	Direkt agglutination, gelteknik	IH-1000			J
Titring av antikroppar	Plasma	Indirekt agglutination, gelteknik	Manuell metod			J
Venprovtagning						J,E,V

J = Jönköping

E = Eksjö

V = Värnamo