

## Packa provet rätt

Prover som tas på patienter måste packas rätt inför transport till laboratoriet. Det är alltid viktigt att transport sker säkert, dels för att provet inte ska ta skada, men också för att provmaterialet inte ska läcka ut eller sprida smitta.

Den som packar provet har ansvar för att provmaterialet inte läcker ut under transporten.

Prover som transporteras inom Sverige regleras av internationella och nationella bestämmelser. För praktisk handledning inför transport av prover inom Sverige kan du läsa foldern på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Plastpåsar och absorbenter till transportlådorna beställs från materialförsörjningen och har följande artikelnummer:

Absorbenter: 24179500

Plastpåsar: 03592301

För verksamheter som inte har möjlighet att beställa från Region Jönköpings läns system kan produkterna beställas från nedanstående leverantörer. Likvärdiga produkter från andra leverantörer går också bra att använda.

Absorbenter: Gunnar Engstrand AB, artikelnummer F40001

Plastpåsar: Procurator, artikelnummer 806390

Länk till [Transport av prover för mikrobiologisk analys, Folkhälsomyndighetens webbplats](#)