

Akutvagn - Liten Innehållsbeskrivning och rutiner på vårdavdelningar och mottagningar



Bakgrund

Behov föreligger av gemensam rutin avseende innehåll i avdelningars och mottagningars A-E vagnar. En gemensam rutin för samtliga enheter minskar risken för oklarhet vid handhavandet av akututrustningen. Verksamhetschef på respektive klinik kan lägga till särskilda läkemedel eller utrustning som tycks behövas.

Syfte

Att säkerställa tillgång till all nödvändig utrustning/akutläkemedel som kan behövas i samband med ett hjärtstopp eller pre-arrest situationer. Att införa en rutin för regelbundna kontroller av innehållet.

Arbetsbeskrivning

Innehållet i A-E vagnen skall kontrolleras en gång i veckan av sjuksköterska och undersköterska förslagsvis nattpasset. Efter användning skall vagnen återställas och fyllas på omgående.

Alla utförda kontroller signeras och dateras på separat papper.

Ansvar

Medicinskt ansvarig sektionsschef och vårdenhetschef är ansvariga för att rutinen är känd och följs av personalen.



Låda – Läkemedel

Inj Adrenalin 0,1 mg/ml 10ml x 3 Stycken

Inj Amiodarone 50 mg/ml x 3

Inj Adrenalin 1 mg/1ml (**Obs vid anafylaxi: 0.3-0,5 mg IM**)

* Inj Adrenalin 0,1 mg/ml i förfylld spruta. 3 stycken á 10 ml ska finnas i A-E vagnen samt minst 5 stycken á 10 ml ska finnas i vårdenhetens läkemedelsförråd.

- Förfylld spruta
Natriumklorid 9 mg/ml 10 ml 5 st
- Tork
- Spruta luerlock 20 ml 2st
- Spruta luerlock 10 ml 3st
- Spruta luerlock 5 ml 3st
- Spruta luerlock 2 ml 3st
- Spruta 1 ml 3st
- Uppdragskanyler Rosa 5 st.



Låda A -B

- Svalg tub Stl 2 Stl 3 Stl 4
- Näskantarell Stl 22 Stl 24 Stl 28
- Reservoarmask
- Öppenmask
- Grimma
- Pocketmask



Låda C

- PVK stl 0,9 -1,1- 1,3 -1,5 3st vardera
- Tegaderm 4 st
- Stasband
- Tejp
- Sprutproppar 5 st.
- Defibrillator Reanibex 300 (Hänger på baksidan av vagnen)



Låda D-E

- Lancet och kuvet
- ACVPU (NEWS)
- Ficklampa (plus extra batterier)
- Förband
- Tejp
- Bandage
- Termometer
- Sax
- Blodtrycksmanschett



Låda Infusioner

- Ringer Acetat, inf. 1000 ml, 1 st.
- Natriumklorid 9 mg/ml, inf. 1000 ml, 1 st.
- Glukos (5%) 50 mg/ml, inf. 250 ml, 1 st.
- Aggregat, 3 st.
- Trevägskranar, 2 st.



Defibrillator Reanibex 300

Arbetsplatsen ansvarar för att statusindikator på hjärtstartare kontrolleras dagligen.

För att säkerställa detta används en signeringslista, enligt tidigare gällande HLR-rutiner. Innehållet i tillhörande väska ska kontrolleras en gång per vecka och direkt efter användande återställas.

Vid nyinstallation av elektroder ska ett användarinitierat test göras.

Nytt batteri beställs via MTA. Kvällar nätter och helger hämtas nytt batteri på HIA Ryhov och IVA Eksjö. Nytt batteri beställs till den verksamhet man hämtade ifrån.



Höger sida

- Sug
- Syrgasflaska
- Rubensblåsa
- Hållare för sugkatetrar.

Vänster sida

- Låda för stickande
- Skräpkorg
- Flaska för handsprit



Godkänd av

Sofia Nijm, Överläkare, HLR-ansvarig Ryhov

Joakim Pellnor, sjuksköterska HLR Koordinator Ryhov

Karl Janusch ST-Läkare Op/IVA Eksjö

Emma Hugosson Sjuksköterska HLR Koordinator Eksjö

Karl Theander, Överläkare, HLR-ansvarig Värnamo

Godkänd 2024-10-30