

## Förvaringstid i värmeskåp läkemedel och CE-märkta produkter

Gäller vid förvaring i värmeskåp på 40 C. Värmeskåpets insida bör, enligt rekommendationer från Smittskydd Vårdhygien, avtorkas 1 gång per vecka.

Vid förvaring i värmeskåp sker en snabbare avdunstning av vätska från förpackningen, därför förkortas förvaringstiden. Förpackningarna ska datummärkas när de läggs in, de ska packas luftigt och roteras regelbundet inne i värmeskåpet (tex ta alltid ut en påse från höger, stoppa in nya till vänster). Förpackningar som tagits ut ur värmeskåpet får inte läggas tillbaka igen.

### Läkemedel

Läkemedel	Tillverkare	Förpackning	Förvaringstid (med ytterpåse)	Förvaringstid (utan ytterpåse)
Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, 500 ml	Baxter	Viaflo	7 veckor	Används direkt
Glucos Baxter 25 mg/ml buffrad, 1000 ml	Baxter	Viaflo	14 veckor	Används direkt
Glukos 50 mg/ml, 250 – 1000 ml	Fresenius Kabi	Freeflex / Flexfree Luer Loc	3 månader	2 veckor
Glukos 100 mg/ml, 250 – 1000 ml	Fresenius Kabi	Freeflex / Flexfree Luer Loc	3 månader	2 veckor
Glucose-Na-K Baxter 50 mg/ml, 1000 ml	Baxter	Viaflo	14 veckor	Används direkt
Glucose-Na-K Baxter 100 mg/ml, 1000 ml	Baxter	Viaflo	14 veckor	Används direkt
Natriumklorid 9 mg/ml, 50 – 100 ml	Fresenius Kabi	Freeflex / Flexfree Luer Loc	1 månad	2 veckor
Natriumklorid 9 mg/ml, 250 - 1000 ml	Fresenius Kabi	Freeflex	3 månader	2 veckor
Natriumklorid 9 mg/ml, 250 ml	Fresenius Kabi	Freeflex Luer Loc	3 månader	2 veckor
Plasmalyte, 1000 ml	Baxter	Viaflo	14 veckor	Används direkt
Ringer-Acetat, 1000 ml	Fresenius Kabi	Freeflex	3 månader	2 veckor

### CE-märkta produkter

Produkt	Tillverkare	Förpackning	Förvaringstid (med ytterpåse)	Förvaringstid (utan ytterpåse)
Aqua B.Braun, 500 - 1000 ml	B.Braun	Ecotainer	Saknar ytterpåse	3 veckor
Natriumklorid 0,9%, 1000 - 3000 ml	Baxter	Uromatic	2 veckor	Används direkt
Natriumklorid 9 mg/ml, 3000 ml	B.Braun	Ecobag CE	Saknar ytterpåse	3 månader
Natriumklorid 9 mg/ml, 250 - 3000 ml	B.Braun	Ecotainer	Saknar ytterpåse	3 veckor
Natriumklorid 9 mg/ml, 30 ml	Fresenius Kabi	Microspol	Saknar ytterpåse	6 månader
Sorbitol-Mannitol 3 %, 3000 ml	B.Braun	Ecobag CE	Saknar ytterpåse	3 månader
Sterilt vatten, 1000 - 3000 ml	Baxter	Uromatic	2 veckor	Används direkt

**Källor**

Faktablad: Baxter, B.Braun och Fresenius Kabi Ab. Kommunikation Smittskydd Vårdhygien