

Bilaga 4b Sönderfallstabell Tc-99m

F3 är faktor att multiplicera aktivitet från kalibreringstidpunkt med. Vid beräkning av aktivitet före kalibreringstidpunkt divideras med denna faktor.

Tim	Min	F ₃	Tim	Min	F ₃
0	0	1,000	3	0	0,708
	5	0,990		5	0,701
	10	0,981		10	0,695
	15	0,972		15	0,688
	20	0,962		20	0,681
	25	0,953		25	0,675
	30	0,944		30	0,668
	35	0,935		35	0,662
	40	0,926		40	0,656
	45	0,917		45	0,649
1	0	0,891	4	0	0,631
	5	0,883		5	0,625
	10	0,874		10	0,619
	15	0,866		15	0,613
	20	0,858		20	0,607
	25	0,850		25	0,601
	30	0,841		30	0,596
	35	0,833		35	0,590
	40	0,825		40	0,584
	45	0,818		45	0,579
2	0	0,794	5	0	0,562
	5	0,787		5	0,557
	10	0,779		10	0,552
	15	0,772		15	0,546
	20	0,764		20	0,541
	25	0,756		25	0,536
	30	0,750		30	0,531
	35	0,743		35	0,526
	40	0,736		40	0,521
	45	0,729		45	0,516
3	0	0,708	6	0	0,501
	5	0,701		5	0,501
	10	0,695		10	0,501
	15	0,688		15	0,501
	20	0,681		20	0,501
	25	0,675		25	0,501
	30	0,668		30	0,501
	35	0,662		35	0,501
	40	0,656		40	0,501
	45	0,649		45	0,501