

Esketamin (Ketanest) 5 mg/mL, OP/IVA, Region Jönköpings län

Vid induktionsdos/injektion: Dra upp 20 mL Esketamin 5 mg/mL i en 20 mL-spruta.

Komposition för sprutpump

| | |
|-------------------|-------|
| Esketamin 5 mg/mL | 40 mL |
|-------------------|-------|

Beredning

1. Vid kontinuerlig infusion: Dra upp 40 mL Esketamin 5 mg/mL i en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump.

Vid restnotering av Esketamin 5 mg/mL kan Esketamin 25 mg/mL användas istället

| | |
|-----------------------|-------|
| Esketamin 25 mg/mL | 10 mL |
| Natriumklorid 9 mg/mL | 40 mL |

Beredning

1. Dra upp 40 mL Natriumklorid 9 mg/mL i en 50 mL-spruta avsedd för sprutpump.
2. Tillsätt 10 mL Esketamin 25 mg/mL.
3. Blanda nog. Koncentrationen Esketamin blir 5 mg/mL.

Dosering

Vuxen

Induktion: 0,5-1 mg/kg (=0,1-0,2 mL/kg)

Underhåll: 0,5-1 mg/kg/h (=0,1-0,2 mL/kg/h)

Barn

Sövning: 0,25 mg/kg/h

Sedering: 0,05 mg/kg/h

Hållbarhet och förvaring

Hållbarhet efter beredning: I rumstemperatur 24 timmar.

Om dokumentet

Dokumentet är utarbetat av läkare, sjuksköterska och apotekare verksamma inom Region Jönköpings län
KONTROLLERA ATT UTSKRIVEN KOPIA ÄR GILTIG. NY VERSION KAN HA SKAPATS SEDAN UTSKRIFT