

Urilyzer 100 Pro Resultat intern kontroll

Instrument: **Placering:** **Kontroll:**.....

Instruktion: Analysera kontrollen 1gång/vecka. Markera för varje parameter på kontrollbladet. Godkända kontrollgränser är 2 svarsfält, får avvika ett svarsfält upp **eller** ner från första värdet. Kontroll nr 1 ska alltid vara negativ.

Datum	U-Acetoacetat (Ket) arb enh				U-Glukos (Glu) arb enh						U-Albumin (Pro) arb enh				U-Hb (Ery) arb enh				U-Nitrit (Nit)		U-Leukocyter (Leu) arb enh				Sign					
	0	1	2	3	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	0	1	2	3	Neg	Pos	0	1	2	3						

