

Strålskyddskläder till personal

För personal som jobbar med joniserande strålning inom Region Jönköpings län rekommenderas strålskyddskläder enligt tabellen nedan.

Vid oklarhet eller frågor kontakta Sjukhusfysik.

Modalitet	Verksamhet	Personligt strålskydd	mm bly
Intervention	Röntgen, Operation (hybridlabb)	A/C+G+H	0.35-0.5
Multilabb	Röntgen	A/C+G+H	0.35-0.5
Konventionell röntgen utr. & mobil utr.	Röntgen	D	0.25
CT	Röntgen	E+G+H	0.35
Mammografi	Röntgen	D	0.25
C-båge, g-båge & mini c-båge	Operation Akut mottagningen KBC (Ryhov, Värnamo) Endoskopienheten (Eksjö)	D (G eller G+H vid behov)	0.25
PET-CT	Nuklearmedicin (personligt strålskydd gäller endast för CT-delen)	E+G	0.35
Gammakamera	Nuklearmedicin undersökningsrum	B/C/F+G	0.5
	Nuklearmedicin injektionsrum	B/C/F	0.5

A. Kjol & väst (0.35 mm bly runtom)

B. Kjol & väst (0.5 mm bly runtom)

C. Kjol & väst (0.25 mm bly omlott, dvs. 0.25 mm bly går två fram och 0.25 mm bly bak)

D. Förkläde (0.25 mm bly fram, 0 mm bly bak)

E. Förkläde (0.35 mm bly fram, 0 mm bly bak)

F. Förkläde (0.5 mm bly runtom)

G. Halsskydd

H. Glasögon (gäller endast patientnära arbete)