

Hygien - regler för förskrivning

För vem?

- För personer med funktionsnedsättning som medför stora svårigheter att självständigt stå och gå till bad/toaletterum samt förflytta sig i bad/toaletterum.
- För personer med funktionsnedsättning som har behov av att sköta sin hygien/toalett sittande och som har svårighet att bibehålla upprätt kroppsställning.
- För personer med funktionsnedsättning som har behov av att sköta sin hygien/toalett liggande.

Toalettlyft som monteras på toalettstol

För personer med funktionsnedsättning som är självständiga med eller utan hjälpmedel kring sin hygien vid toalettbesök, men har stora svårigheter att självständigt kunna göra överflyttningar till/från eller resa sig upp ifrån toalettstolen. Personen har provat fast och fristående toalettförhöjning med armstöd och detta har inte uppfyllt behovet.

Mål med hjälpmedlet

Att självständigt eller med hjälp av annan person klara förflyttning till/från dusch/toalett och för att tvätta sig/duscha/göra toalettbestyr.

Toalettlyft som monteras på toalettstol

Att bli självständig vid toalettbesök

Förskrivare

- Arbetsterapeut.

Antal

Endast ett hjälpmedel kan förskrivas.

Eget ansvar

Personen ansvarar själv för inköp av enkel duschpall och/eller duschstol, stödhandtag och andra hjälpmedel som kan underlätta i badrummet.

Uppföljning

Uppföljning enlighet enligt förskrivningsprocessen.

Viktigt att tänka på

Toalettlyft som monteras på toalettstol

- Det behöver finnas ett nätuttag med skyddsjord.
- Bedöm om personen kommer kunna hantera toalyften utan klämrisk.
- Läs toalyftens bruksanvisning för att bedöma om modellen av toalyft kan monteras på personens toalett.
- Toalyften ska monteras av HMC tekniker.

ISO koder

09 12 Hjälpmedel vid toalettbesök

09 33 Hjälpmedel vid tvättning, bad och dusch